

Комиссия Хакасского УФАС России 02.04.2015 рассмотрела жалобу ООО «Мэдикэл» на действия комиссии государственного заказчика – Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия при проведении электронного аукциона на поставку в 2015 году инвалидам технических средств реабилитации: слуховых аппаратов цифровых, заушных многоканальных, сверхмощных высокотехнологичных (для субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций (закупка № 0280100000215000093)). В своей жалобе заявитель указывает, что аукционная комиссия необоснованно отказала участнику ООО «Мэдикэл» в допуске к участию в электронном аукционе. В

заявке участника слуховые аппараты заушные сверхмощные включают регулируемый диапазон частот 0,1 — 4,9 кГц, а в разделе III Технического задания, указывается: Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны включать регулируемый диапазон частот от 0,1 до 7,0 кГц.

Технические характеристики слуховых аппаратов установлены заказчиком на основании заключения врачей-сурдологов и рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы для пациентов, нуждающихся в слуховых сверхмощных аппаратах с диапазоном не менее 7,0 кГц

Слуховой аппарат, представленный в составе заявки включает меньший диапазон частот, что не соответствует требованиям установленным заказчиком в документации об аукционе.

По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия по контролю в сфере закупок принято решение признать жалобу необоснованной.
RegionFAS.ru